

富山県済生会富山病院手術台仕様書

1. 件 名 手術台の整備について
2. 納入場所 富山県富山市楠木 33 番地 1
富山県済生会富山病院 手術室
3. 納入期限 契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで
4. 対象機器及び数量
(手術台システム 1 式)
 - ① 電動油圧式手術台 1 台
 - ② アクセサリー 1 式
(アクセサリー内訳)
 - ① ダブル脚板 二段階開脚可能脚板 1 個 (1 組)
 - ② 上肢台 (本体+パット+クランプ) 2 式
 - ③ L 型スクリーン掛け 1 個
 - ④ 若杉氏側部支持器 (固定金具付き) 2 個
 - ⑤ マルチ側部支持器 (固定金具付き) 2 個
 - ⑥ タリスマンバンド A1 2 個
 - ⑦ タリスマンバンド A2 4 個
 - ⑧ ベッドサイドレール 1 個
 - ⑨ 整形下肢牽引器械 1 式
 - ⑩ 下肢牽引用 V アタッチメント II 1 個
 - ⑪ 延長レール 1 個 (1 組)
 - ⑫ マルチタスクアームボード (固定金具付き) 1 個
 - ⑬ 下肢牽引カートコンパクト 1 台
 - ⑭ アクセサリーカート小 1 台
 - ⑮ オリジナルマット背・腰板 各 1 個

また、費用には、搬入、装置据付及び調整費用を含めること。
5. 仕様詳細
 - (1) 装置の概要及び条件等
 - ①薬事法に基づく (薬事認可が必要な機器のみ) 医療承認を得ている装置であること

②納入後、安定した稼働が出来ること

③本装置の設置に関する作業については、落札者の負担とする

(2) 性能・機能に関する要件

5-1 電動油圧手術台は、以下の要件を満たすこと

5-1-1 昇降範囲が最低位 575mm以下、最高位 1000mm以上を有していること。

5-1-2 テーブルトップのスライド量は頭側 175mm、脚側 175mm以上であること。

5-1-3 縦転角度を骨盤高位 30 度・低位 30 度以上有していること。

5-1-4 横転角度を 25 度以上有していること。

5-1-5 脚板は操作BOX（コントローラ）から電動で上下可能であること。

5-1-6 緊急時に作動を停止させるためのスイッチを備えていること。

5-1-7 手術台本体にバッテリーを搭載していること。

5-1-8 手術台の固定は、電動 4 点油圧固定であること。

5-1-9 コントローラにスライド量や昇降域、角度がデジタル表示されていること。

5-1-10 コントローラは、Bluetooth で本体と接続できること。また無線で上記本体情報を確認、操作可能であること。

5-1-11 手動でのブレーキ解除機構を有していること。

5-1-12 作動荷重は、昇降・縦転・横転が 270 kg以上であること。

5-1-13 緊急時アタッチメントを取り付け下肢牽引装置の使用可能であること。

5-1-14 付属マットは、安全性を重視し、難燃・防水仕様であること。

5-1-15 テーブルトップ寸法がダブル脚板装着時に長さ 2124mm以上、横 495mm以上であること。

5-1-16 当院の既存のアクセサリーと接続可能にすること。

5-2 アクセサリー一式は、4.対象機器及び数量のアクセサリー内訳①～⑮の必要数量を満たすこと。

6. 落札者は、業務遂行上個人情報を取り扱う際は個人情報保護法等の関連法令を遵守しなければならない。また、業務遂行上知り得た個人情報・秘密を他人に漏らしてはならない。その職を解かれた場合も同様とする。

7. その他

(1) 搬入作業中に発生した廃棄物は落札者の責任で適正に処理すること

(2) 当院の職員に対し、操作に必要な取り扱い説明、教育支援を行い、円滑に使用ができる状態とすること

(3) 納入物品に不具合が生じた場合、代替機器を速やかに準備できる体制をとっていること

(4) 納入物品に必要な消耗品及び故障等による交換部品について、安定供給が確保

されること。

- (5) 納入検査確認後、1年間は通常の使用により故障した場合は無償修理を行うこと
- (6) 納入物品の設置にあたっては、病院（手術室及び用度課等）と十分に協議すること
- (7) 本仕様の内容、解釈及び明記のない事項について疑義が生じた場合は、病院と協議し決定すること

8. 担当者

富山県済生会富山病院

用度課 牧田

TEL 076-437-1111

e-mail k-makita@saiseikai-toyama.jp