

富山県済生会富山病院 循環動態解析装置賃貸借契約仕様書

1. 件 名 循環動態解析装置の賃貸借について
2. 履行場所 富山県富山市楠木 33 番地 1 富山県済生会富山病院
3. 契約期間 契約締結日から 1 年間
4. 調達物品の数量
機器名：循環動態解析装置
数量：1 システム
5. 構成内容と必要な仕様
 - ①冠動脈造影画像 3 画像を基に冠動脈 3D モデルを構築し、そのモデルの血管抵分析を実施することで FFRangio 値を算出する機能を有すること。
 - ②撮影された冠動脈像の主要な分枝を含む血管の FFRangio 値を一度に算出する機能を有すること。
 - ③血管の自動輪郭抽出機能を有すること。
 - ④病変部の狭窄度、病変長を表示可能であること。
 - ⑤冠動脈 3D モデルは FFRangio 値の数値により色分け表示されること。
 - ⑥血管長と FFRangio 値の変化をグラフ表示できること。(プルバックカーブ表示機能)
 - ⑦血管長および血管径の参考値を表示する機能を有すること。
 - ⑧画像と数値データを保存し、再解析することが可能であること。
 - ⑨解析はマウス操作だけで完結できること。
 - ⑩DICOM 通信が可能なこと。
 - ⑪バイプレーン撮影、シングルプレーン撮影の画像どちらにも対応可能であること。
 - ⑫フレームレート 10f/sec～30f/sec で撮影された画像の解析が可能であること。
 - ⑬主要な PACS、動画サーバーに解析レポートを送信する機能を有すること。
6. その他の必要条件
 - (1) 保守体制・障害支援体制
 - ①落札者は病院職員立会いのもと、機器及び連携する装置等全体が正常に動作することを確実に確認すること。
 - ②落札者は障害発生時には速やかに所要の保守修理に応じるよう点検保守体制を

整えること。

(2) 設置及び貸出中の費用負担

- ①当該医療機器の設置費用・撤去費用・修理費・機器に付随する消耗品類の費用は落札者が負担すること。なお、病院の医療行為に必要な消耗品類等の費用は原則として病院が負担する。
- ②機器搬入及び設置の際、病院の設備・器物等に損傷を与えた場合は、落札者の負担において速やかに修復すること。
- ③機器搬入及び設置に必要とする光熱水費は原則として病院が負担する。

(3) 教育訓練

落札者は病院職員に対して必要な教育訓練を実施し、機器及び連携する装置等の運用に支障をきたさないよう万全を期すること。

(4) 落札者は、業務遂行上個人情報を取り扱う際は個人情報保護法等の関連法令を遵守しなければならない。また、業務遂行上知り得た個人情報・秘密を他人に漏らしてはならない。その職を解かれた場合も同様とする。

(5) その他

- ①日本語の取扱説明書を提供すること。
- ②レンタル機器の保守点検を適宜、実施すること。
- ③適合参考品
品名：キャスワークス FFRangio
メーカー：CathWorks Ltd. (イスラエル)
- ④同等品は、可とする。

7. 担当者

富山県済生会富山病院用度課 横本

TEL 076-437-1111

e-mail k-yokomoto@saiseikai-toyama.jp